



Work Gage Metrologia Ltda.
Av. Dom Pedro, 767 - 1º andar CEP: 93265-141 - Esteio - RS - Brasil
Fone/Fax: (0xx51) 473-2087 (0xx51) 473-5192
E-mail: workgage@workgage.com.br Html: www.workgage.com.br

Laboratório de Metrologia		Certificado n°
	Certificado de Calibração	03096/2003

Folha 1/1

Objeto: Paquímetro, com resolução de 0,01 mm e capacidade de medição de 0 - 150 mm
N° de autenticação: WG.04.03
Fabricante: Starrett **Modelo:** 727-6 **Série:** 02/88170
Cliente: Work Gage Metrologia Ltda.
Av. Dom Pedro, 767 Esteio - RS
Solicitação: N.F. ----
Data da calibração: 03/06/2003 **Data da emissão:** 16/06/2003
Procedimento: Os procedimentos utilizados para a calibração estão de acordo com o DSQWGM 009-1.
Norma de Referência: DIN 862 de dezembro de 1988

Equipamentos de Calibração:

- Jogo de Blocos-Padrão Starrett, com certificado de calibração RBC n° 3637/2000 emitido por Cetemp.
Validade: 10/2003
- Anel Liso Padrão, com certificado de calibração RBC n° 0177/2001 emitido por Cetemp.
Validade: 01/2004

Condições Ambientais: Temperatura: $20 \pm 1^\circ\text{C}$ Umidade Relativa do Ar: entre 35 e 70%

Incerteza de Medição: $\pm 0,01\text{mm}$, para um nível de confiança de aproximadamente 95% e $k=2,13$.

RESULTADOS OBTIDOS

Parâmetro	Símbolo	Valor Medido
Limite de erro para medições externas	G	0,00 mm
Limite de erro para medições internas	G	0,01 mm
Limite de erro para medições de profundidade	G	0,00 mm

Antônio Carlos Nunes Tavares
Assinatura Autorizada



Jefferson Gasparetto
Técnico Responsável

- Este certificado não tem valor para fins da metrologia legal e se limita exclusivamente ao objeto calibrado, não sendo extensivo a quaisquer lotes.
- A reprodução somente poderá ser feita na sua totalidade e com autorização prévia da Work Gage Metrologia Ltda.
- Os resultados são válidos somente para o estado do objeto no momento da medição.