

Certificado de Calibração n.º 1320/2010

PADRÃO CALIBRADO

Descrição Calibrador anel liso cilíndrico com diâmetro de 20,15 mm
Fabricante Ferriplax
Número de fabricação 34609
Autenticação WG.03.52

RASTREABILIDADE DO(S) PADRÃO(ÕES)

Máquina de medir por coordenadas Certificado de calibração RBC número 2232/2009 emitido pelo CETEMP, válido até 06/2010.
Bloco padrão Certificado de calibração RBC número 3151/2006 emitido pelo CETEMP, válido até 09/2011.

SOLICITANTE

Protocolo PSM 60257 13/04/2010
Cliente Metrologia WG Ltda.
 Rua Marechal Deodoro, 138
 Sapucaia do Sul - RS
Solicitação N.F.: 2167 de 09/04/2010


INFORMAÇÕES GERAIS

Ambiente de medição Temperatura: $(20 \pm 0,3)^\circ\text{C}$
 Umidade relativa do ar: $(60 \pm 10)\%$
Procedimento de calibração Procedimento interno DSQCS 008-1 de maio de 2009 - revisão 06. Resumo do procedimento vide observações.
Norma de referência DIN 2250, parte 1, de novembro de 1989
Incerteza de medição A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência $k=2,00$ o qual para uma distribuição t com $\nu_{\text{eff}} > 100$ graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.
Data da calibração 14/04/2010
Data de emissão 14/04/2010


 Maiquel Romicle M. de Oliveira
 Signatário Autorizado

Aprovado
 Reprovado

Visto
 Data 16/04/2010


 Jéferson Gasparetto
 Técnico do Laboratório

Certificado de Calibração

n.º 1320/2010

Folha 2 de 2

LABORATÓRIO DE CALIBRAÇÃO ACREDITADO PELA CGCRE / INMETRO DE ACORDO COM A ABNT NBR ISO/IEC 17025, SOB O NÚMERO CAL 0013

REGISTRO DE MEDIÇÃO

Denominação	Valor medido (mm)
Diâmetro interno paralelo a inscrição nominal - altura superior	20,1521
Diâmetro interno paralelo a inscrição nominal - altura central	20,1511
Diâmetro interno paralelo a inscrição nominal - altura inferior	20,1526
Diâmetro interno perpendicular a inscrição nominal - altura superior	20,1526
Diâmetro interno perpendicular a inscrição nominal - altura central	20,1521
Diâmetro interno perpendicular a inscrição nominal - altura inferior	20,1521


RESULTADOS

Denominação	Valor medido (mm)	Incerteza de Medição (mm)
Diâmetro interno "d1"	20,1511	0,0008
Cilindricidade	0,0008	0,0008

OBSERVAÇÃO

Valor medido	O valor medido em cada altura representa a média de 5 medições realizadas. O diâmetro interno "d1" foi medido na altura central paralelo à inscrição nominal do calibrador. A cilindridade foi calculado pela diferença entre o maior e o menor diâmetro medido em todas as alturas e posições dividido por dois.
Fixação	O calibrador anel liso foi posicionado sobre a mesa da máquina com a inscrição nominal voltada para cima e fixado com o auxílio de grampos de fixação.
Apalpador	Foi utilizado um apalpador esférico.


Maiquel Romêlo M. de Oliveira
Signatário Autorizado


Jéferson Gasparetto
Técnico do Laboratório

Este certificado atende aos requisitos de acreditação da Cgcre / Inmetro, o qual avaliou a competência do laboratório e comprovou sua rastreabilidade a padrões nacionais de medida. Esta calibração não isenta o padrão do controle metrológico estabelecido na Regulamentação Metroológica. A reprodução deste certificado só poderá ser total. Os resultados deste certificado referem-se exclusivamente ao padrão submetido à calibração nas condições especificadas, não sendo extensivo a quaisquer lotes.