




FIERGS SENAI

CENTRO TECNOLÓGICO DE MECÂNICA DE PRECISÃO - CETEMP - SENAI/RS

LABORATÓRIO DE CALIBRAÇÃO NA ÁREA DIMENSIONAL

Rodovia BR 116 N° 3239 - São Leopoldo / RS - Fone: (51) 3579-5913 e (51) 3579-5945.
Fax: (51) 3589-1161 - Email: lab.cetemp@uol.com.br



Certificado de Calibração n.º 1326/2010

Folha 1 de 2

PADRÃO CALIBRADO

Descrição	Calibrador anel liso cilíndrico com diâmetro de 44,915 mm
Fabricante	Ferriplax
Número de fabricação	62695C
Autenticação	WG.03.58

RASTREABILIDADE DO(S) PADRÃO(ÕES)

Máquina de medir por coordenadas	Certificado de calibração RBC número 2232/2009 emitido pelo CETEMP, válido até 06/2010.
Bloco padrão	Certificado de calibração RBC número 3151/2006 emitido pelo CETEMP, válido até 09/2011.

SOLICITANTE

Protocolo	PSM 60257 13/04/2010
Cliente	Metrologia WG Ltda. Rua Marechal Deodoro, 138 Sapucaia do Sul - RS
Solicitação	N.F.: 2167 de 09/04/2010

INFORMAÇÕES GERAIS

Ambiente de medição	Temperatura: (20 ± 0,3)°C Umidade relativa do ar: (60 ± 10)%
Procedimento de calibração	Procedimento interno DSQCS 008-1 de maio de 2009 - revisão 06. Resumo do procedimento vide observações.
Norma de referência	DIN 2250, parte 1, de novembro de 1989
Incerteza de medição	A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência k=2,00 o qual para uma distribuição t com $\nu_{eff} > 100$ graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.
Data da calibração	14/04/2010
Data de emissão	14/04/2010

Maiquel Romão M. de Oliveira
Signatário Autorizado

(X) Aprovado Visto
() Reprovado Data 16/04/2010

Jéferson Gasparetto
Técnico do Laboratório

Este certificado atende aos requisitos de acreditação da Cgcre / Inmetro, o qual avaliou a competência do laboratório e comprovou sua rastreabilidade a padrões nacionais de medida. Esta calibração não isenta o padrão do controle metrológico estabelecido na Regulamentação Metrologia. A reprodução deste certificado só poderá ser total. Os resultados deste certificado referem-se exclusivamente ao padrão submetido à calibração nas condições especificadas, não sendo extensivo a quaisquer lotes.

REGISTRO DE MEDIÇÃO

Denominação	Valor medido (mm)
Diâmetro interno paralelo a inscrição nominal - altura superior	44,9164
Diâmetro interno paralelo a inscrição nominal - altura central	44,9164
Diâmetro interno paralelo a inscrição nominal - altura inferior	44,9164
Diâmetro interno perpendicular a inscrição nominal - altura superior	44,9159
Diâmetro interno perpendicular a inscrição nominal - altura central	44,9164
Diâmetro interno perpendicular a inscrição nominal - altura inferior	44,9164


RESULTADOS

Denominação	Valor medido (mm)	Incerteza de Medição (mm)
Diâmetro interno "d1"	44,9164	0,0008
Cilindricidade	0,0003	0,0008

OBSERVAÇÃO

Valor medido	O valor medido em cada altura representa a média de 5 medições realizadas. O diâmetro interno "d1" foi medido na altura central paralelo à inscrição nominal do calibrador. A cilindricidade foi calculado pela diferença entre o maior e o menor diâmetro medido em todas as alturas e posições dividido por dois.
Fixação	O calibrador anel liso foi posicionado sobre a mesa da máquina com a inscrição nominal voltada para cima e fixado com o auxílio de grampos de fixação.
Apalpador	Foi utilizado um apalpador esférico.


 Maiquel Roniele M. de Oliveira
 Signatário Autorizado


 Jéferson Gasparetto
 Técnico do Laboratório

Este certificado atende aos requisitos de acreditação da Cgcre / Inmetro, o qual avaliou a competência do laboratório e comprovou sua rastreabilidade a padrões nacionais de medida. Esta calibração não isenta o padrão do controle metrológico estabelecido na Regulamentação Metrológica. A reprodução deste certificado só poderá ser total. Os resultados deste certificado referem-se exclusivamente ao padrão submetido à calibração nas condições especificadas, não sendo extensivo a quaisquer lotes.