

Laboratório de Metrologia PRESYS - PRYME LAB

Laboratório de Calibração Credenciado pela Cgcre/Inmetro sob o nº 193

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO

Nº R0694.08.04

RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO:

Os resultados da calibração estão contidos na(s) tabela(s) a seguir. O campo Valor Indicado corresponde à indicação do instrumento sob calibração e o campo Valor Padrão corresponde ao Valor Verdadeiro Convencional. A Incerteza da Medida está associada ao Valor Indicado no modo Medidor e ao Valor Padrão no modo Fonte.

FAIXA	VALOR INDICADO (mA)	VALOR PADRÃO (mA)	INCERTEZA DA MEDIDA (mA)	k
4 a 20 mAcc (Modo Medidor) Resolução: 0,0001 mA	4,0000	4,00010	0,0003	2,00
	8,0000	8,00010	0,0004	2,00
	12,0000	12,0001	0,0017	2,00
	15,9999	16,0001	0,0019	2,00
	20,0000	20,0001	0,0021	2,00

OBSERVAÇÕES:

- A incerteza expandida foi calculada para um nível de confiança de 95,45%.
- Este certificado atende aos requisitos de credenciamento pela Cgcre/Inmetro, o qual avaliou a competência do laboratório e comprovou sua rastreabilidade a padrões nacionais de medida.

Instrumento adequado ao uso.

Centro de Serv. Aut. PID Ltda.

Fridman 20/08/04
FRIDMAN FREDERICO GOSENHEIMER